

北京安智因生物技术有限公司
体外诊断试剂及核酸纯化仪分析仪生产项目
竣工环境保护验收意见

2020年10月17日，北京安智因生物技术有限公司根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》并严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南，以及本项目环境影响报告表、审批部门审批决定等要求，对北京安智因生物技术有限公司体外诊断试剂及核酸纯化仪分析仪生产项目进行竣工环境保护自主验收，并成立验收组。验收组由建设单位（北京安智因生物技术有限公司）、验收监测报告编制单位（中科环控环境监测（北京）有限公司）及特邀三名专家组成（名单附后）。验收组核实了本项目主体工程及配套环境保护设施的建设与运行情况，经认真研究讨论形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：北京安智因生物技术有限公司体外诊断试剂及核酸纯化仪分析仪生产项目

建设性质：新建

建设单位：北京安智因生物技术有限公司

建设地点：北京经济技术开发区科创三街24号2号楼2-3厂房

主要建设内容：本项目为体外诊断试剂及核酸纯化仪分析仪生产项目。本项目建筑面积1267.55m²，总投资1000万元。建成后年生产体外诊断试剂20000人份、核酸纯化仪10台、核酸分析仪10台。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目于2018年8月由北京中企安信环境科技有限公司编制《北京安智因生物技术有限公司体外诊断试剂及核酸纯化仪分析仪生产项目环境影响报告表》，并于2018年9月17日取得了北京市经济技术开发区环境保护局《北京安智因生物技术有限公司体外诊断试剂及核酸纯化仪分析仪生产项目环境影响报告表的批复》（京技管项备字[2018]177号）。

本项目已建设完成，目前具备竣工环境保护验收条件。

（三）投资情况

本项目总投资1000万元，其中环保投资7万元，占总投资0.7%。

王维娜 刘新^{1/4} 和锐 魏民 李杰 张新

（四）验收范围

本次验收范围为北京安智因生物技术有限公司体外诊断试剂及核酸纯化仪分析仪生产项目。

二、工程变动情况

本项目建设性质、建设地点、建设规模、建设内容等未发生重大变化，本项目不涉及导致不利环境影响显著加重的重大变动。

三、环境保护设施建设情况

北京安智因生物技术有限公司完成了环境影响报告表批复提出的各项环境保护措施要求。

（一）废水

本项目运营期间产生的废水主要为生活污水和生产废水（制备纯化水产生的浓水），排入所在建筑公共防渗化粪池进行预处理，最终经市政污水管网排入开发区东区污水处理厂处理。

（二）噪声

本项目运营期夜间不营业，项目在运营期噪声源主要为空调机组及生产设备。空调机组位于西北侧的空调设备间内，生产设备均位于洁净车间内，均采取基础减振、墙体隔声、距离衰减等措施。

（三）固体废物

本项目固体废物主要包括生活垃圾和医疗废物，本项目生活垃圾主要来源于医护人员办公过程中，主要包括废包装物，废包装纸等固体废物。垃圾分类收集，由环卫部门清运。

医疗废物主要为废弃的一次性移液枪头、离心管及移液管，废抹布、一次性口罩手套及鞋套，废弃试剂，废弃容器，废培养基，清洗器具容器废水，质检出的不合格半成品及成品。本项目医疗废物统一收集经灭菌器灭菌后，暂存于危险废物间内，定期委托有危险废物处理资质的北京瑞泰环保科技有限公司负责清运处置。

四、环境保护设施调试效果

中科环控环境监测（北京）有限公司对本项目进行了竣工环境保护验收监测，验收监测期间正常生产，环保设施运行稳定，符合竣工环境保护验收监测要求。

（一）废水

验收期间经监测，项目废水各项污染物排放浓度符合北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中“表 3 排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”要求。

2/4
王雅娜 刘杨 和锐 魏鹏 余志 王静 郭静

（二） 噪声

验收期间经监测，本项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。

（三） 固体废物

本项目产生的固体废物处置符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的相关规定。医疗废物处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013）、《危险废物转移联单管理办法》（1999年10月1日起施行）中的相关规定。

五、工程建设对环境的影响

依据验收监测结果，本项目废水和噪声在采取相应措施后，本项目污染物排放均能达到相应的环保验收执行标准，固体废物得到妥善处置。

六、验收结论

根据本项目竣工环境保护验收检测报告，项目环保手续完备，执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，落实了环评报告表及其批复所规定的各项污染防治措施，外排污染物符合达标排放要求，符合竣工环保验收规定，验收组一致同意本项目通过竣工环境保护验收，可正常投入运行。

七、建议

建议建设单位按照环评批复要求抓紧落实制定突发环境事件应急预案，报生态环境部门备案，并与开发区应急预案联动。

八、验收组成员信息

验收组成员名单见附表。

王维娜

刘扬 和锐

张民学

王

赵

周

北京安智因生物技术有限公司

2020年10月17日

附表：

北京安智因生物技术有限公司体外诊断试剂及核酸纯化仪分析仪生产项目

竣工环境保护验收组名单

序号	姓名	职位/职称	所在单位	联系电话	签名
建设单位	王维娜	质量经理	北京安智因生物技术有限公司	18510789926	王维娜
	刘 扬	安 全 员	北京安智因生物技术有限公司	15901258008	刘扬
编制单位	裴民学	经 理	中科环控环境监测（北京）有限公司	15210082125	裴民学
检测单位	和 锐	职 员	中科环控环境监测（北京）有限公司	18618488349	和锐
特邀专家	彭应登	教 高	国家城市环境污染控制技术研究中心	13301001563	彭应登
	高程达	教 高	北京农学院	13311070739	高程达
	余 杰	正 高	北京市环境保护科学研究院	18618289607	余杰